



Pedido de Esclarecimento - ITEM 2 (Raio-X) - ASSOC. HOSPITALAR SANTO EXPEDITO - PONTE SERRADA - CP N° 02/2024 - CONVENIO N° 960029

De E Figueiro, Murilo Guido <murilo.figueiro@siemens-healthineers.com>

Data Seg, 30/12/2024 14:53

Para Cotacao <Cotacao@hsantaluzia.org>

Cc Da Cunha, Isabella Gomes <isabella.da-cunha@siemens-healthineers.com>; Da Silva, Camila Pamela Tavares <camila.da_silva@siemens-healthineers.com>; Anza, Roberta <roberta.anza@siemens-healthineers.com>

A

ASSOC. HOSPITALAR SANTO EXPEDITO - PONTE SERRADA

Cotação n° 02/2024

Convenio n° 960029/2024

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. inscrita no CNPJ nº. **01.449.930/0006-02**, interessada em participar do **Cotação n° 02/2024**, vem apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva:

1. – QUANTO AO DESCRITIVO TECNICO – ITEM 2 (RAIO-X)

1.1 Solicitação de alteração: Este equipamento deve utilizar tecnologia de captura digital direta

Alteração: Exclusão do seguinte item ~~Este equipamento deve utilizar tecnologia de captura digital direta~~

-

1.2 Solicitação de alteração: Rotatório, com alta capacidade térmica, acima de 9.000 rpm

Alterar para: Rotatório, com alta capacidade térmica, **acima de 10.000 rpm**

1.3 Solicitação de alteração: • Grade antidifusora de alta resolução: Fixa, 10:1; 40 linhas/cm. Fixa, 10:1; 60 linhas/cm.

Alterar para: • Grade antidifusora de alta resolução: Fixa, 10:1; 40 linhas/cm **ou** Fixa, 10:1; 60 linhas/cm.

1.4 Solicitação de alteração: Estativa com Bucky Mural • Bucky: Permitir a utilização de chassis de 13 x 18 cm até 43 x 43 cm.

Com deslocamento de 64cm. • Movimento vertical: 30 a 1,70cm

Alterar para: Estativa com Bucky Mural • Bucky: Permitir a utilização de chassis de 13 x 18 cm até 43 x 43 cm. Com

deslocamento de 64cm. • **Movimento vertical: 38 a 1,70cm**

1.5 Solicitação de alteração: Tempo de visualização: médio de 2,5s

Alterar para: Tempo de **pré-visualização**: médio de 2,5s

1.6 Solicitação de alteração: • Software: Sistema PACS integrado com recursos de processamento e análise de imagem

Alterar para: • Software: **Conectividade** com sistema PACS integrado com recursos de processamento e análise de imagem

1.7 Solicitação de alteração: Radiografias gerais: Tórax, abdômen, crânio, coluna, extremidades etc

Alterar para: Radiografias gerais: Tórax, abdômen, crânio, coluna, extremidades, **panorâmica de coluna e membros inferiores** etc

Gentileza avaliar a possibilidade de alteração do edital.

Desde já agradecemos atenção

-
-
-



Murilo Figueiró | Siemens Healthcare Diagnósticos LTDA.
SHS AM LAM FI DI OTO – PUBLIC SECTOR
☎ **011 94261-3457**
✉ murilo.figueiro@siemens-healthineers.com
Av Mutinga, 3800 - 5º andar - 05110-902 - São Paulo – SP
www.healthcare.siemens.com.br

As informações contidas nesta mensagem destinam-se apenas ao destinatário e podem conter informações importantes. Se você não for o destinatário, exclua esta mensagem e notifique o remetente; você não deve copiar ou distribuir esta mensagem ou divulgar seu conteúdo para ninguém. Nenhuma garantia está implícita de que esta mensagem ou qualquer anexo esteja livre de vírus ou que não tenha sido interceptada e corrigida.